

2023年1月19日

## 恒温恒湿槽 ハイパワー の温湿度の利用可能範囲について

依頼試験・機器利用ハンドブック [PDF ファイル/8.28MB] の23ページ「ハイパワー」に記載の温湿度の利用可能範囲については次のとおりとします。

本装置の機器利用をご検討の際はご注意ください。

【湿度】 変更前 10~95%rh ⇒ 変更後 30~95%rh

【温湿度制御範囲】 下図のとおり

